

# 監控點圖表


監控點: 608-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(下)

時間區間: 2023-03-01 00:00 ~ 2023-03-31 23:59

最大值: -79.2 °C

最小值: -81.6 °C

平均值: -80.5 °C



製表者: 王平宇

單位主管: