

監控點圖表


監控點: 605-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(上)

時間區間: 2022-08-01 00:00 ~ 2022-08-31 23:59

最大值: 7 °C

最小值: 2.8 °C

平均值: 5.0 °C



製表者: 邱彥榕

藥師邱彥榕
藥字033885號

單位主管:

王平立
藥學部股