

監控點圖表

監控點: 605-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(上)

時間區間: 2022-09-01 00:00 ~ 2022-09-30 23:59

最大值: 7.3 °C

最小值: 0 °C

平均值: 4.9 °C

