

監控點圖表


監控點: 608-1F臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(下)

時間區間: 2022-05-01 00:00 ~ 2022-05-31 23:59

最大值: -81.6 °C

最小值: -82.3 °C

平均值: -81.6 °C



製表者: 邱彥榕

藥師邱彥榕
藥字033885

單位主管:

王平宇
藥事部股長