

# 監控點圖表


監控點: 605-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(上)

時間區間: 2024-01-01 00:00 ~ 2024-01-31 23:59

最大值: 6.4 °C

最小值: 3.3 °C

平均值: 4.9 °C



製表者: 王平宇

單位主管: