

監控點圖表


監控點: 608-IF臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(下)

時間區間: 2025-08-01 00:00:00 ~ 2025-08-31 23:59:59

最大值: -71.8 °C

最小值: -81.9 °C

平均值: -80.5 °C



製表者:

單位主管: