

監控點圖表


監控點: 607-IF臨床試驗藥局-80冷凍冰箱-(上)

時間區間: 2026-08-01 00:00:00 ~ 2026-08-31 23:59:59

最大值: -81 °C

最小值: -82.3 °C

平均值: -81.6 °C



製表者:

單位主管: